

類別名称：歯科材料 01 歯科用金属  
管理医療機器 JMDN コード：7070000  
一般的名称：歯科メタルセラミック修復用貴金属材料

## 販売名：セラキング75

### 【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状・原理



形状：板状  
原理：加熱、溶解し鋳造する。

#### (2) 構造

\*該当規格：JIS T 6118

「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」タイプ4  
成分・分量

成 分	分 量
金	75%
白金	10%
パラジウム	9.5%
銀	2%
イリジウム	0.4%
その他	3.1%

#### (3) 仕様値

##### 物理的・機械的性質

液相点：1260°C 固相点：1180°C 密度：17.2g/cm<sup>3</sup>

熱膨張係数：14.1×10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> (50～500°C)

ヤング率：85.4GPa

	焼成時	鋳造時
耐力(Mpa)	490	535
伸び(%)	8.5	6
ビッカース硬さ(Hv)	240	260

### 【使用目的又は効果】

金又は白金族元素を35%以上又は金、白金族元素の合計が35%以上を含有する鋳造用合金

#### (1) 使用目的、用途

歯科メタルセラミック修復物、補綴物又は装置の作製に用いること。単冠・ロングスパンブリッジなど。

### 【使用方法等】

#### (1) ワックスアップ・埋没

- ① 通常法に従い各部0.3mm以上の厚みでワックスアップして下さい。
- ② 2~3mm位の太さでスプレーイングを行います。
- ③ リン酸塩系の埋没材を用います。

#### (2) ワックスの焼却と鋳造

- ① 800~850°Cで約30分係留し、ワックスを完全に焼却します。
- ② 溶解はガスと酸素を熱源とし専用のルツボをお使い下さい。又は、電機溶解式鋳造機を使用して下さい。
- ③ オーバーヒートに十分ご注意下さい。合金を疲労劣化させるだけでなく、鋳造欠陥や気泡発生の原因になります。
- ④ カーボンルツボの使用には十分注意をして下さい。ガスを吸収する恐れがあります。ルツボのカーボン粉の清掃を十分して下さい。

#### (3) トリミング・洗浄

- ① セラミックポイント・カーバイトバーなどで研削し、アルミナサンドでサンドブラスト(2気圧)して下さい。
- ② スチームクリーナーで洗浄又は、蒸留水で10分～15分間超音波洗浄して下さい。

#### (4) 酸加熱処理

ディギヤッシングは大気中980°Cで行い、10~15分間係留して下さい。

#### (5) 陶材の築盛・焼成

陶材メーカーの指示通り行って下さい。

#### (6) 適用陶材

各社歯科金属焼付用陶材(一部低溶陶材を除く)

#### (7) ろう着

埋没方法又は可着等でしっかりと固定の上、適用ろう材にて行って下さい。

##### 適用ろう材

前ろう：各社プレシャス用前ろう材(液相点 約1050~1100°C)

後ろう：各社16Kろう他

#### (8) 研磨

通常法によって研磨して下さい。

#### (9) 焼付陶材除去後再処理

フッ酸処理等にて、陶材を完全に除去してから(3)トリミング以後の手順を行って下さい。但し口腔内にセットしたものについてでは、お辞め下さい。

### [使用方法に関する使用上の注意]

(1) 本合金を再溶解する場合にはサンドブラスタ等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、ろう着部の使用は避け、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。

(2) 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

### 【使用上の注意】

#### (1) 使用注意

① 本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。

② 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

③ 他の合金と混溶しないこと。

④ 本合金は[使用目的又は効果]の項に記載の用途以外に使用しないこと。

⑤ 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### \* (2) 重要な基本的注意

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者及び術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

#### \* (3) 不具合・有害事象

その他の有害事象

有害事象として掌蹠濃疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属湿疹(遅延型金属アレルギー性疾)を発症することがあります。

### \*\* 【保管方法及び有効期間等】

#### [貯蔵・保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

### 【包装】

質量：10g／包

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 城北冶金工業株式会社

住 所 〒351-0014

埼玉県朝霞市膝折町2-11-68

電話番号 048-461-7576(代)